



## جمع آوری نخ بخیه فاقد کیفیت شرکت پزشکپاران امین سلامت

### سراسری

### معاون محترم غذا و دارو

### دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور...

موضوع: جمع آوری تعداد محدود با سری ساخت / لات مشخص نخ بخیه فاقد کیفیت

سلام علیکم:

احتراماً بدینوسیله به استحضار می‌رساند، شرکت پزشکپاران امین راه سلامت نسبت به فراخوان و جمع آوری کالاهای مندرج در جدول ذیل اقدام نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه مراکز درمانی تابعه آن دانشگاه محترم (مراکز تابعه از جمله دانشگاهی و غیر دانشگاهی)، در صورت وجود کالاهای با لات / سری ساخت‌های مشخص شده در مراکز درمانی، با شرکت نامبرده تماس حاصل گردد.

ردیف	نام وسیله	نام سازنده	مدل	سری ساخت/لات	علت فراخوان
۱	نخ بخیه	پزشکپاران امین راه سلامت	PGC	P425871	پوسیدگی
۲	نخ بخیه	پزشکپاران امین راه سلامت	PGC	5022585	پوسیدگی

دکتر رضا مسائلی

مشاور وزیر و مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

از طرف

مهندس علیرضا سلیمانی